

Assay Performance Data

Naam assay:	Apolipoproteïne B
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Siemens N Apolipoproteïne Standard Serum IRP SP3-07 ^{3,4}
Referentie-interval of afkappinggrenzen (g/L)	
Herkomst referentiewaarden	Vrouwen: 0.51 - 1.28 Mannen: 0.45 - 1.39 Bron: Kit bijsluiter Siemens
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn serum 12 uur. Ja/ Nee , termijn serum 7 dagen. Ja/ Nee , termijn serum 3 maanden. Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recente bijsluiter.
Detectielimieten (g/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Afhankelijk van de concentratie standaard. Niet bekend
Imprecisie (g/L)	
Concentratie (0.36) Concentratie (1.00)	CV (%): 5.6 CV (%): 5.1
Meetbereik (g/L)	
Meetbereik	0.2 – 3.7
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB Lipoproteïne

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 03-02-2025
-------------------	-------------------