

Assay Performance Data

Naam assay:	CA 15.3
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Fujirebio Diagnostics, Inc maintained reference standard
Referentie-interval of afkapgrenzen (kU/L)	
Herkomst referentiewaarden	0 – 31 Bron: Kit bijsluiters Abbott
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn serum 7 dagen Ja/ Nee , termijn serum 7 dagen Ja/ Nee , termijn serum 3 maanden Bron: Quality of Diagnostic Samples (3rd completely revised edition 2010)
Detectielimieten (kU/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.4 0.6
Imprecisie (kU/L)	
Concentratie 21.7 Concentratie 246	CV (%):3.2 CV (%):3.7
Meetbereik (kU/L)	
Meetbereik	1 - 800 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 1
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door : EH	Datum: 11-2-2025
--------------------	------------------