

Assay Performance Data

Naam assay:	Apolipoproteine A1	
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar	Siemens N Apolipoproteïn Standard Serum BCR®-393 ^{1, 2}	
Referentie-interval of afkappingen (g/L)		
Herkomst referentiewaarden	Mannen: 1.10 - 2.05 Vrouwen: 1.25 - 2.15 Bron: Kit bijsluiter Siemens	
Stabiliteit monster		
4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn serum 7 dagen Ja/ Nee , termijn serum 3 maanden Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recente bijsluiter.	
Detectielimieten (g/L)		
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Afhankelijk van de concentratie standaard. Niet bekend.	
Imprecisie (g/L)		
Concentratie (0.75) Concentratie (1.69)	CV (%): 3.0 CV (%): 5.4	
Meetbereik (g/L)		
Meetbereik	0.2 -6.4	
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB Lipoproteïnen	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-01-2023
-------------------	-------------------