

Assay Performance Data

Naam assay:	Oligoclonale banden
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	n.v.t.
Referentie-interval of afkapgrenzen (gebruik UCUM-eenheden)	
Herkomst referentiewaarden	In normaal liquor/serum zijn deze specifieke banden niet aantoonbaar
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Serum/Liquor: Nee Serum/Liquor: Ja: 7 dagen Serum/Liquor: Ja: 1 maand stabiel Bron: meest recente bijsluiter
Detectielimieten (mg/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.31 n.v.t.
Imprecisie (gebruik UCUM-eenheden)	
Concentratie (level invullen)	n.v.t
Meetbereik (gebruik UCUM-eenheden)	
Meetbereik	n.v.t
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML
Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	n.v.t.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door :Lammy	Datum:26-10-18
----------------------	----------------