

Assay Performance Data

Naam assay:	Beta-2-transferrine in vocht
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	n.v.t.
Referentie-interval of afkappingen	
Herkomst referentiewaarden	Bepalingenwijzer: normaal niet aantoonbaar
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee, niet bekend Ja/Nee, termijn wondvocht 1 week Ja/Nee, niet bekend
Detectielimieten	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	n.v.t., uitslag is kwalitatief n.v.t., uitslag is kwalitatief
Imprecisie	
Concentratie (level invullen) Concentratie (level invullen) Concentratie (level invullen)	n.v.t, uitslag is kwalitatief n.v.t, uitslag is kwalitatief n.v.t, uitslag is kwalitatief
Meetbereik	
Meetbereik	n.v.t, uitslag is kwalitatief
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	UKNEQAS (CSF B2T-BTP)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: Lammy	Datum: 08/10/18
----------------------	-----------------