

Assay Performance Data

Naam assay:	SCC in serum
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Interne referentie standaard Abbott
Referentie-interval of afkappingen (µg/l)	
Herkomst referentiewaarden	Vrouwen: < 1.9 Mannen: < 2.4 Bron: Eigen onderzoek 2007
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee, termijn serum 7 dagen. Ja/Nee, termijn serum 1 maand. Ja/Nee, termijn serum 1 maand. Bron: Quality of Diagnostic Samples (3rd completely revised edition 2010)
Detectielimieten (µg/l)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.1 0.1
Imprecisie (µg/l)	
Concentratie (2.00) Concentratie (48.8)	CV (%):2.7 CV (%):3.4
Meetbereik (µg/l)	
Meetbereik	0.1-70 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 0.1
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 7-11-2020
-------------------	------------------