

Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

Assay Performance Data

| | |
|---|--|
| Naam assay: | Folaat / Foliumzuur |
| Traceerbaarheid (gekalibreerd naar): | Elecsys assay en kalibrator Roche, bepaald op e801. Gestandardiseerd tegen de WHO International Standard NIBSC Code 03/178. |
| Detectielimiet: | 2.7 nmol/L |
| Meetbereik: | 2.7- 45.4 nmol/L |
| Meetonzekerheid: | Juistheid: -0,28 % Precisie: 5,6 % Meetonzekerheid: 11,5 % (TE (%) = Bias (%) + 2*precisie (%)) |
| Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i> | SKML Hormonen in serum |