

Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

Assay Performance Data

Naam assay:	CEA
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Elecsys CEA assay en kalibrator Roche, bepaald op e801. Gestandardiseerd tegen de 1st IRP WHO Reference Standard 73/601.
Detectielimiet:	0,6 ug/L
Meetbereik:	0,3 - 100.000 ug/L
Meetonzekerheid:	Juistheid: 0,14 % Precisie: 109% Meetonzekerheid: 3,9% (TE (%) = Bias (%) + 2*precisie (%))
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	SKML Tumormerkstoffen