

Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

Assay Performance Data

Naam assay:	CA 125
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Elecsys CA 123II assay en kalibrator Roche, bepaald op e801. Gestandardiseerd tegen de CA 125 II RIA from Fujirebio Diagnostics
Detectielimiet:	1,2 U/mL
Meetbereik:	0,6 - 25000
Meetonzekerheid:	Juistheid: 2,0 Precisie: 3,5 Meetonzekerheid: 9,0 (TE (%) = Bias (%) + 2*precisie (%))
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	SKML Tumormerkstoffen