

Afdeling Klinische Chemie

Locatie VUmc

Assay Performance Data

Naam assay:	CA 19.9
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Elecsys assay en kalibrator Roche, bepaald op e801. Gestandaardiseerd tegen de Enzymun-Test CA 19-9 methode
Detectielimiet:	2 U/mL
Meetbereik:	2 - 100.000 U/mL
Meetonzekerheid:	Juistheid: 0.03 Precisie: 5.3 Meetonzekerheid: 10.6 (TE (%) = Bias (%) + 2*precisie (%))
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	SKML Tumormerkstoffen