

Assay Performance Data

Naam assay:	¹³C-ureum adem test
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Referentiegas
Referentie-interval of afkappingen (gebruik UCUM-eenheden)	
Herkomst referentiewaarden	0-2 promille Bron: Eigen referentiewaarden.
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Minimaal 4 maanden. n.v.t. n.v.t.
Detectielimieten (gebruik UCUM-eenheden)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	n.v.t. n.v.t.
Imprecisie (gebruik UCUM-eenheden)	
Controle gas	Gemiddelde delta-waarde: - 43,2 ‰ CV: 0,93%
Meetbereik (gebruik UCUM-eenheden)	
Meetbereik	n.v.t.
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	n.v.t. Eigen extern kwaliteitsprogramma opgesteld met 5 deelnemende laboratoria

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: M.R. Heiner-Fokkema	Datum: 8-1-19
------------------------------------	---------------