

	code	ZOLO
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML	Procedure	Sertraline (en desmethylsertraline)
	Criterion	Jaarscore
	T.E.a % SKML	≥1
Stof	Juistheid	30
	Precisie	-1,8
	Total error	3,7
	Sigma-TE	9,2
	Sigma-SA	6,0
	SKML Score	4,4
Meet onzekerheid	95%	2
	EIS	7,3
	Beoordeling	OK
Metaboliet 1	Juistheid	OK
	Precisie	%
	Total error	-1,9
	Sigma-TE	8,8
	Sigma SA	19,5
	SKML Score	3,1
Meet onzekerheid	95%	4,8
	EIS	1
	Beoordeling	17,2
Metaboliet 2	Juistheid	OK
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-SA	
	Sigma-TE	
	SKML Score	
Meet onzekerheid	95%	
	EIS	
	Beoordeling	
Stof	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	20
Metaboliet 1	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	80
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	10