

	code	TOFR
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML	Procedure	Imipramine (en desipramine)
	Criterion	Jaarscore
	T.E.a % SKML	≥1
Stof	Juistheid	20
	Precisie	-5,6
	Total error	3,3
	Sigma-TE	12,2
	Sigma-SA	4,7
	SKML Score	3,1
Meet onzekerheid	95%	2
	EIS	6,5
	Beoordeling	OK
Metaboliet 1	Juistheid	OK
	Precisie	%
	Total error	%
	Sigma-TE	-0,72
	Sigma SA	6
	SKML Score	12,72
Meet onzekerheid	95%	3,7
	EIS	2,7
	Beoordeling	1
Metaboliet 2	Juistheid	11,8
	Precisie	OK
	Total error	OK
	Sigma-SA	%
	Sigma-TE	%
	SKML Score	%
Meet onzekerheid	95%	%
	EIS	%
	Beoordeling	%
Stof	Bijdrage bias	46
	Bijdrage Imprecisie	54
Metaboliet 1	Bijdrage bias	6
	Bijdrage Imprecisie	%
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%
	Bijdrage Imprecisie	%