

		code	SERO
Meetonzekerheid uit jaarrapport SKML		Procedure	Paroxetine
	Criterion	Jaarscore	≥1
	T.E.a % SKML		30
Stof	Juistheid	%	-12,0
	Precisie	%	3,1
	Total error	%	18,2
	Sigma-TE		5,4
	Sigma-SA		4,7
	SKML Score		2
Meet onzekerheid	95%		6,1
	EIS		OK
	Beoordeling		OK
Metaboliet 1	Juistheid	%	
	Precisie	%	
	Total error	%	
	Sigma-TE		
	Sigma SA		
	SKML Score		
Meet onzekerheid	95%		
	EIS		
	Beoordeling		
Metaboliet 2	Juistheid	%	
	Precisie	%	
	Total error	%	
	Sigma-SA		
	Sigma-TE		
	SKML Score		
Meet onzekerheid	95%		
	EIS		
	Beoordeling		
Stof	Bijdrage bias	%	66
	Bijdrage Imprecisie	%	34
Metaboliet 1	Bijdrage bias	%	
	Bijdrage Imprecisie	%	
Metaboliet 2	Bijdrage bias	%	
	Bijdrage Imprecisie	%	