

Assay Performance Data

Naam assay:	P1NP
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Referentie standaard, vastgesteld door afwegen van natuurlijk P1NP in P1NP vrij plasma.
Referentie-interval of afkapgrenzen (ng/ml)	
Herkomst referentiewaarden	Z-score tussen -2 SD en 2 SD Bron referentiewaarden: Eigen onderzoek. Sinds 2002 tot heden bij gezonde vrijwilligers (m/v) voor de verschillende leeftijdsgroepen van 7 tot 70 jaar vastgesteld.
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee*, termijn serum 1 dag Ja/Nee*, termijn serum 5 dagen Ja/Nee*, termijn serum 6 maand Bron: meest recente bijsluiters
Detectielimieten (ng/ml)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	5 Niet bekend
Imprecisie (ng/ml)	
Concentratie (18.3) Concentratie (54.7) Concentratie (128)	CV (%):2.2 CV (%):2.0 CV (%):1.6
Meetbereik (ng/ml)	
Meetbereik	5 - 1200 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen.
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (OS)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 04-01-2021
-------------------	-------------------