

## Assay Performance Data

<b>Naam assay:</b>	CA 15.3
<b>Traceerbaarheid:</b>	
Gekalibreerd naar	Fujirebio Diagnostics, Inc maintained reference standard
<b>Referentie-interval of afkapgrenzen</b> (kU/L)	
Herkomst referentiewaarden	0 - 30 Bron: lab H. de Bruijn & bijsluiter
<b>Stabiliteit monster</b>	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ <del>Nee</del> , termijn serum 7 dagen Ja/ <del>Nee</del> , termijn serum 7 dagen Ja/ <del>Nee</del> , termijn serum 3 maanden Bron: <u>Quality of Diagnostic Samples</u> (3rd completely revised edition 2010)
<b>Detectielimieten</b> (kU/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.4 0.6
<b>Imprecisie</b> (kU/L)	
Concentratie 21.7 Concentratie 246	CV (%):3.2 CV (%):3.7
<b>Meetbereik</b> (kU/L)	
Meetbereik	1 - 800 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 1
<b>Extern QC programma</b>	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door : EH	Datum: 30-1-2023
--------------------	------------------