

Assay Performance Data

Naam assay:	Anti-TG
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	WHO 1 ^e IRP 65/093
Referentie-interval of afkapgrenzen (U/ml)	
Herkomst referentiewaarden	Negatief: < 10 Bron: Eigen onderzoek & i.o.m. afd. Endocrinologie UMC
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja / Nee termijn serum 8 uur Ja/ Nee termijn serum 3 dagen Ja/ Nee termijn serum 30 dagen Bron: Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recente bijsluiters
Detectielimieten (U/ml)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.11 0.33
Imprecisie (U/ml)	
Concentratie 18 Concentratie 149	CV (%):5.1 CV (%):2.2
Meetbereik (U/ml)	
Meetbereik	Loopt van concentratie 0.11 tot 1000. Eventueel: Verdunnen mogelijk Uitslagen < 0.11 worden als zodanig gerapporteerd
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB SA

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum:25-04-2022
-------------------	------------------