

Assay Performance Data

Naam assay:	C-Peptide in serum
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	NIBSC (84/510)
Referentie-interval of afkapgrenzen (pmol/l)	
Herkomst referentiewaarden	Volwassenen, nuchter: 258 - 1718 Bron: Bijsluiters Alinity
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee; termijn serum 5 uur. Ja/Nee; termijn serum 5 dagen. Ja/Nee; termijn serum 2 maand. Bron: <u>Quality of Diagnostic Samples</u> (3rd completely revised edition 2010)
Detectielimieten (pmol/l)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	10 10
Imprecisie (pmol/l)	
Concentratie (418) Concentratie (1850)	CV (%): 3.3 CV (%): 2.8
Meetbereik (pmol/l)	
Meetbereik	10 tot 10000 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 10
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML (HM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-11-2020
-------------------	-------------------