

Assay Performance Data

Naam assay:	Beta-2-microglobuline (urine)
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	1 ^{ste} International Standard of the WHO 1985, Code: B2M
Referentie-interval of afkappingen (m/L)	
Herkomst referentiewaarden	Vanaf 1 maart 2016: < 0.3 mg/L Bron Bijsluiter Siemens
Stabiliteit monster	
4 °C	Ja/ Nee , 8 dagen indien op pH gebracht en met stabilisator. Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recent bijsluiter.
Detectielimieten (mg/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Afhankelijk van de standaard concentratie Niet bekend
Imprecisie (mg/L)	
Concentratie (0.81) Concentratie (4.49)	CV (%):3.5 CV (%):3.7
Meetbereik (mg/L)	
Meetbereik	0.7 - 22.6 in de standaard verdunning
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-1-2023
-------------------	------------------