

Assay Performance Data

Naam assay:	Complement C4
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Gestandardiseerd tegen IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements) BCR470/CRM470 (RPPHS - Reference Preparation for Proteins in Human Serum)
Referentie-interval of afkapgrenzen (g/L)	
Herkomst referentiewaarden	0.1 - 0.4 Bron: Bijsluiter kit.
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee, 2 dagen Ja/Nee, 8 dagen Ja/Nee, 3 maanden volgens Bron: Document WHO/DIL/LAB/99.1 Rev2
Detectielimieten (g/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.02 Niet bekend
Imprecisie (g/L)	
Concentratie: (0.30) Concentratie: (0.36)	CV (%): 1.83 CV (%): 1.80
Meetbereik (g/L)	
Meetbereik	0.02 – 1.0
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML (Combi Immunochemie)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 18-3-2020
-------------------	------------------