

Assay performance data:

- Thyreoglobuline As [eenheden/volume] in serum of plasma

Traceerbaarheid:

- De anti-Tg bepaling is gestandaardiseerd naar de NIBSC 65/93 standaard

Referentie-interval of afkapgrenzen met UCUM-eenheden

- Bron ref-interval: bijsluiter leverancier
- Geslachtsafhankelijkheid: neen
- Leeftijdsafhankelijk: neen

Stabiliteit monster bij

KT: nvt
4°C: 7 dagen
-20°C: nvt

Detectielimieten:

- LoD: 10 kU/L

Imprecisie

- CV = <10%

Meetbereik:

- Het meetbereik loopt van 10 tot 4000 kU/L
- Evt: uitslagen > of < : nvt

Deelname aan extern QC programma?

- RfB Ringversuch TumorMarker