

**Assay performance data:**

- Enolase.neuron specifiek [massa/volume] in serum of plasma

**Traceerbaarheid:**

- De methode is traceerbaar naar de Enzymum NSE methode

**Referentie-interval of afkapgrenzen met UCUM-eenheden**

- Bron ref-interval: zelf vastgesteld (2005)
- Geslachtsafhankelijkheid: neen
- Leeftijdsafhankelijk: neen

**Stabiliteit monster bij**

- KT: 1 dag
- 4°C: 1 dag
- 20°C: 3 maanden

**Detectielimieten:**

- LoD: 0.05 ng/L
- LoQ:

**Imprecisie**

- < 7.9%

**Meetbereik:**

- Het meetbereik loopt van 0.05 tot 370 ng/L
- Evt: uitslagen > of < : nvt

**Deelname aan extern QC programma?**

- RfB Ringversuch TumorMarker