

Assay performance data:

- S100 calcium bindend proteïne B [massa/volume] in serum

Traceerbaarheid:

- De methode is niet traceerbaar naar andere methodes

Referentie-interval of afkapgrenzen met UCUM-eenheden

- Bron ref-interval: zelf vastgesteld (2006)
- Geslachtsafhankelijkheid: ja
- Leeftijdsafhankelijk: neen

Stabiliteit monster bij

KT: 7 dagen
4°C: 1 maand
-20°C: 1 maand

Detectielimieten:

- LoD: 0.10 µg/L
- LoQ: 0.34 µg/L

Imprecisie

- Bij concentratie 1.0 µg/L: CV = 3.7%
- Bij concentratie 34.0 µg/L: CV = 1.7%

Meetbereik:

- Het meetbereik loopt van 0.1 tot 500 µg/L
- Evt: uitslagen > of < : nvt

Deelname aan extern QC programma?

- RfB Ringversuch TumorMarker