

**Assay performance data:**

- Plaveiselcelcarcinoom Ag [massa/volume] in serum of plasma

**Traceerbaarheid:**

- De methode is niet traceerbaar naar andere methodes

**Referentie-interval of afkapgrenzen met UCUM-eenheden**

- Bron ref-interval: zelf vastgesteld (2006)
- Geslachtsafhankelijkheid: ja
- Leeftijdsafhankelijk: neen

**Stabiliteit monster bij**

KT: 7 dagen  
4°C: 1 maand  
-20°C: 1 maand

**Detectielimieten:**

- LoD: 0.10 µg/L
- LoQ: 0.34 µg/L

**Imprecisie**

- Bij concentratie 1.0 µg/L: CV = 3.7%
- Bij concentratie 34.0 µg/L: CV = 1.7%

**Meetbereik:**

- Het meetbereik loopt van 0.1 tot 500 µg/L
- Evt: uitslagen > of < : nvt

**Deelname aan extern QC programma?**

- RfB Ringversuch TumorMarker