

Assay performance data:

- Cytokeratine 19 [massa/volume] in serum of plasma

Traceerbaarheid:

- De methode is gestandaardiseerd naar de Enzymun-Test CYFRA 21-1 methode

Referentie-interval of afkapgrenzen met UCUM-eenheden

- Bron ref-interval: zelf vastgesteld (2006)
- Geslachtsafhankelijkheid: neen
- Leeftijdsafhankelijk: neen

Stabiliteit monster bij

KT: nvt
4°C: 7 dagen
-20°C: nvt

Detectielimieten:

- LoD: 0.10 µg/L
- LoQ:

Imprecisie

- Bij concentratie 1.01 µg/L: CV = 2.9%
- Bij concentratie 34.6 µg/L: CV = 1.5%

Meetbereik:

- Het meetbereik loopt van 0.1 tot 500 µg/L
- Evt: uitslagen > of < : nvt

Deelname aan extern QC programma?

- RfB Ringversuch TumorMarker