

**Assay performance data:**

- Cancer Ag 19-9 [eenheden/volume] in serum of plasma

**Traceerbaarheid:**

- De methode is gestandaardiseerd tegen de Enzymum test CA19.9 methode

**Referentie-interval of afkapgrenzen met UCUM-eenheden**

- Bron ref-interval: zelf vastgesteld
- Geslachtsafhankelijkheid: neen
- Leeftijdsafhankelijk: neen

**Stabiliteit monster bij**

KT: nvt  
4°C: 7 dagen  
-20°C: nvt

**Detectielimieten:**

- LoD: 0.60 kU/L
- LoQ

**Imprecisie**

- Bij concentratie 27.2 kU/L: CV = 1.5%
- Bij concentratie 76.3 kU/L: CV = 1.1%

**Meetbereik:**

- Het meetbereik loopt van 0.6 tot 1000 kU/L
- Evt: uitslagen > of < : nvt

**Deelname aan extern QC programma?**

- SKML Tumormarkers