

Assay Performance Data

Naam assay:	Apolipoproteine B	
Traceerbaarheid:		
Gekalibreerd naar	Siemens N Apolipoproteïn Standard Serum IRP SP3-07 ^{3,4}	
Referentie-interval of afkappingen (g/L)		
Herkomst referentiewaarden	Vrouwen: 0.55 - 1.25 Mannen: 0.55 - 1.40 Bron: Kit bijsluiter Siemens	
Stabiliteit monster		
4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn serum 7 dagen. Ja/ Nee , termijn serum 3 maanden. Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recente bijsluiter.	
Detectielimieten (g/L)		
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Afhankelijk van de concentratie standaard. Niet bekend	
Imprecisie (g/L)		
Concentratie (0.36) Concentratie (1.00)	CV (%): 5.6 CV (%): 5.1	
Meetbereik (g/L)		
Meetbereik	0.2 – 3.7	
Extern QC programma		
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB Lipoproteïne	

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-1-2023
-------------------	------------------