

Assay Performance Data

Naam assay:	PSA is serum
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	WHO 1st International Standard PSA 96/670
Referentie-interval of afkappingen (µg/L)	
Herkomst referentiewaarden	Geen strikte referentiewaarden, vastgesteld i.o.m. de afdeling Urologie. Bij waarden boven de 3.0 wordt geadviseerd patiënt door te verwijzen naar de urologie.
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee , termijn 7 dagen. Ja/ Nee , termijn 30 dagen. Ja/ Nee , termijn 3 maand. Bron: <u>Quality of Diagnostic Samples</u> (3rd completely revised edition 2010)
Detectielimieten (µg/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.003 0.025
Imprecisie (µg/L)	
Concentratie (0,72) Concentratie (2,79)	CV (%): 4,5 CV (%): 2,8
Meetbereik (µg/L)	
Meetbereik	0.01 - 100 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 0.01
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (TM)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 06-02-2023
-------------------	-------------------