

Assay Performance Data

Naam assay:	Chylomicronen
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	n.v.t.
Referentie-interval of afkappingen (gebruik UCUM-eenheden)	
Herkomst referentiewaarden	Chylomicronen afwezig
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee Ja/ Nee , 3dagen Ja/Nee In de bijsluiter aangegeven voor serum, in de praktijk wordt de bepaling meestal binnen 3 dagen uitgevoerd
Detectielimieten (gebruik UCUM-eenheden)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Niet bekend Niet bekend
Imprecisie (gebruik UCUM-eenheden)	
Concentratie : n.v.t. Concentratie : n.v.t. Concentratie : n.v.t.	CV (%): n.v.t. CV (%): n.v.t. CV (%): n.v.t.
Meetbereik (gebruik UCUM-eenheden)	
Meetbereik	n.v.t.
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	n.v.t. Geanonimiseerde patiëntenmonsters met een bekende uitslag worden 4 keer per jaar meegenomen.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: Lammy	Datum: 08/10/18
----------------------	-----------------