

Assay Performance Data

Naam assay:	Cryoglobuline
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	n.v.t.
Referentie-interval of afkapgrenzen (gebruik UCUM-eenheden)	
Herkomst referentiewaarden	normaal niet aantoonbaar.
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Nee Ja: minimaal 1 maand Ja: minimaal 6 maanden Bron: WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 van 2002.
Detectielimieten (gebruik UCUM-eenheden)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	n.v.t. n.v.t.
Imprecisie (gebruik UCUM-eenheden)	
Concentratie (level invullen)	CV (%): n.v.t.
Meetbereik (gebruik UCUM-eenheden)	
Meetbereik	n.v.t.
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	UK NEQAS Cryoglobulin (image based)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: Lammy	Datum:15/10/18
----------------------	----------------