

**Afdeling Klinische Chemie**

Locatie VUmc

## Assay Performance Data

Naam assay:	Cystatine C
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Kit en kalibrator Siemens, gemeten op Siemens Atellica Neph 630
Detectielimiet:	0.05 mg/L
Meetbereik:	0.05 – 2560 mg/L
Meetonzekerheid:	Bij concentratie 0,98 mg/L: CV 3,8 %
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	RfB serum proteïns