

Assay Performance Data

Naam assay:	Neurofilament Light
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Kalibratie op standaarden geleverd bij de Quanterix assay (recombinant human full-length NF-L)
Detectielimiet:	0,71 pg/mL
Meetbereik:	0,686 - 500 pg/mL
Meetonzekerheid:	Bepaald in serum: Bij concentratie 12,5 pg/mL: CV 17,6% Bij concentratie 24,5 pg/mL: CV 14,8 % Bij concentratie 87,5 pg/mL: CV 14,5 %
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	Alzheimer's Association QC program (CSF) Multi Center Study (serum)