

**Afdeling Klinische Chemie**

Locatie VUmc

## Assay Performance Data

Naam assay:	NSE
Traceerbaarheid (gekalibreerd naar):	Elecsys assay en kalibrator Roche, bepaald op e602. Gestandardiseerd tegen de Enzymun-Test NSE method.
Detectielimiet:	0,15 ug/L
Meetbereik:	0,75-300 ug/L
Meetonzekerheid:	Bij concentratie 8,5: CV 7,3% Bij concentratie 25,9: CV 4,8%
Deelname aan Extern QC programma: <i>Indien niet beschikbaar, welke alternatieve aanpak?</i>	RfB