



## Assay Performance Data

<b>Naam assay:</b>	Tetraglucoside in urine	
<b>Traceerbaarheid:</b>		
Gekalibreerd naar	Eigen standaarden	
<b>Referentie-interval of afkappgrenzen</b> (gebruik UCUM-eenheden)		
Herkomst referentiewaarden	Referentiewaarden, zie bepalingenwijzer UMCG. Bron: eigen referentiewaarden onderzoek	
<b>Stabiliteit monster</b>		
Kamertemperatuur -20 °C	7 dagen (tenminste) 35 dagen (tenminste)	
<b>Detectielimieten</b> (gebruik UCUM-eenheden)		
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0,03 µM 0,50 µM	
<b>Imprecisie</b> (gebruik UCUM-eenheden)		
<u>Concentratie</u>	<u>CV</u>	
1,03 µM	5,3%	
6,51 µM	3,1%	
40,2 µM	2,3%	
<b>Meetbereik</b> (gebruik UCUM-eenheden)		
Meetbereik	LOQ - 500 µM	
<b>Extern QC programma</b>		
(Inter)nationaal extern QC programma	Alternatieve rondzending	
* Doorhalen wat niet van toepassing is.		
Ingevuld door: M.R. Heiner-Fokkema	Datum: 16/9/2019	

[<sup>^</sup>Top]