

Assay Performance Data

Naam assay:	TSH-r AS (TRAb)
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	World Health Organization (WHO) Second International Standard for Thyroid Stimulating Antibody 08/204.
Referentie-interval of afkappingen (IU/L)	
Herkomst referentiewaarden	<2.6 = Negatief 2.6 – 3.1 = Dubieus >3.1 = Positief Bron: Bijsluiter Abbott
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee , maximaal 24 uur Ja/ Nee , maximaal 3 dagen Ja/ Nee , maximaal 30 dagen Bron: Bijsluiter Abbott
Detectielimieten (IU/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.70 1.26
Imprecisie (IU/L)	
Concentratie (4.65) Concentratie (30.9)	CV (%): 3.89 CV (%): 1.84
Meetbereik (IU/L)	
Meetbereik	Loopt van concentratie 0.70 - 50 Eventueel: Uitslagen < 0.70 gerapporteerd, verdunnen mogelijk.
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML SCANT, RfB SA

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door:EH	Datum: 08-11-2022
------------------	-------------------