

Assay Performance Data

Naam assay:	Fosfolipase A2 receptor IgG As [titer] in serum m.v.b. immunofluorescentie [LOINC 81201-6]
Methode, fabrikant:	Indirecte immunofluorescentie – Euroimmun

Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	Niet van toepassing
Referentie-interval of afkappingen <small>(gebruik UCUM-eenheden)</small>	
Herkomst referentiewaarden	Uitslag kwalitatief (positief/negatief), Normaal: negatief (eigen onderzoek)
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee*, termijn: 2 dagen Ja/Nee*, termijn: 2 weken Ja/Nee*, termijn: 12 maanden
Detectielimieten <small>(gebruik UCUM-eenheden)</small>	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Niet van toepassing
Imprecisie <small>(gebruik UCUM-eenheden)</small>	
Concentratie (level invullen)	Niet van toepassing
Meetbereik <small>(gebruik UCUM-eenheden)</small>	
Meetbereik	Monsters worden getest bij een verdunning 1:10.
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	Interlaboratoriumvergelijking

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: Caroline Roozendaal	Datum: 22-12-2020
------------------------------------	-------------------