

Assay Performance Data

Naam assay:	Pre-Albumine
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	N-protein Standard SL ,firma Siemens ,ref ERM—DA470k/IFCC
Referentie-interval of afkapgrenzen (g/L)	
Herkomst referentiewaarden	0.2 - 0.4 Bron: Bijsluiter Siemens
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ Nee : termijn serum 12 uur. Ja/ Nee : termijn serum 7 dagen. Ja/ Nee : termijn serum 3 maanden. Houdbaarheidscriteria liggen binnen de grenzen zoals aangegeven in de meest recente bijsluiter. Bron kamertemperatuur: eigen onderzoek.
Detectielimieten (g/L)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Afhankelijk van de concentratie standaard. Niet bekend
Imprecisie (g/L)	
Concentratie (0.15) Concentratie (0.30)	CV (%): 1.7 CV (%): 2.7
Meetbereik (g/L)	
Meetbereik	0.02 - 0.60 (in standaard verdunning)
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	SKML plasmaeiwitten

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 03-02-2025
-------------------	-------------------