

## Assay Performance Data

<b>Naam assay:</b>	Sclerodermie specifieke IgG As panel in serum [tijdelijke LOINC T-10078]
<b>Methode, fabrikant:</b>	Lijnblot, Euroimmun
<b>Traceerbaarheid:</b>	
Gekalibreerd naar	Niet van toepassing
<b>Referentie-interval of afkappingen</b> (gebruik UCUM-eenheden)	
Herkomst referentiewaarden	Uitslag kwalitatief (positief/negatief), Normaal: negatief (eigen onderzoek)
<b>Stabiliteit monster</b>	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/ <del>Nee</del> *, termijn: 2 dagen Ja/ <del>Nee</del> *, termijn: 2 weken Ja/ <del>Nee</del> *, termijn: 12 maanden
<b>Detectielimieten</b> (gebruik UCUM-eenheden)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	Niet van toepassing
<b>Imprecisie</b> (gebruik UCUM-eenheden)	
Concentratie (level invullen)	Niet van toepassing
<b>Meetbereik</b> (gebruik UCUM-eenheden)	
Meetbereik	Niet van toepassing
<b>Extern QC programma</b>	
(Inter)nationaal extern QC programma Indien niet beschikbaar, alternatieve aanpak	Alternatieve aanpak: interlaboratoriumvergelijking binnen NL

\* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: Caroline Roozendaal	Datum: 20-02-2024
------------------------------------	-------------------