

Assay Performance Data

Naam assay:	SHBG in serum
Traceerbaarheid:	
Gekalibreerd naar	WHO 2nd IRP van de NIBSC, code 08/266
Referentie-interval of afkapgrenzen (nmol/l)	
Herkomst referentiewaarden	Vrouwen: 19.8 – 155.2 Mannen: 13.5 – 71.4 Bron: Bijsluiter Abbott
Stabiliteit monster	
Kamertemperatuur 4 °C -20 °C	Ja/Nee Ja/Nee, termijn serum 8 dagen Ja/Nee, termijn serum 3 maanden Bron: Bijsluiter
Detectielimieten (nmol/l)	
LoD (Limit of Detection) LoQ (Limit of Quantitation)	0.2 4.5
Imprecisie (nmol/l)	
Concentratie (8.31) Concentratie (28.3)	CV (%):2.0 CV (%):5.3
Meetbereik (nmol/l)	
Meetbereik	0,2-250 Eventueel: Mogelijkheid tot verdunnen. Uitslagen < 0,1
Extern QC programma	
(Inter)nationaal extern QC programma	RfB (HP)

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Ingevuld door: EH	Datum: 30-01-2023
-------------------	-------------------